


BOLETIM DE ANÁLISE



Boletim nº 43/HS/2012
Página nº 1 de 1
Nº Ordem Lab. 221/2012

Amostras Contidas em filtros de Celulose de 47 mm, com os nºs 29-30/12, 34/12, 40/12, 46/12, 64/12 e 132B/11.
A amostragem é da responsabilidade do requerente

Requerente VISA
Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, Lda.

Endereço Rua do Alto da Terrugem nº 2 - Paço de Arcos
2780-731 PAÇO DE ARCOS

Req. Nº do Projecto Interno 2309 - Codaçal

Estudo Solicitado Determinação de poeiras totais

Método Instrumental Ponderal
Metodologia Método interno com base no procedimento analítico PA003HS

Sector: Higiene e Segurança

Registo: 28

Data de Início da Análise: 2/08/12

Data de Conclusão da Análise: 8/08/12

Filtro Nº	Peso do Filtro Virgem (g)	Peso do Filtro com Amostra (g)
29/12	0,07518	0,07623
30/12	0,07284	0,07385
34/12	0,07352	0,07492
40/12	0,07278	0,07396
46/12	0,07447	0,07589
64/12	0,07402	0,07508
132B/11	0,06540	0,06635

$\pm 0,00005$
(incerteza expandida
da medição, com K=2)

$\pm 0,00005$
(incerteza expandida
da medição, com K=2)

S. Mamede de Infesta, 8 de Agosto de 2012

O Responsável Técnico


Maria Luísa Matos
(Técnico Superior)