

BOLETIM DE ANÁLISE

Boletim nº 23/HS/2015
Página nº 1 de 1
Nº Ordem Lab. 110/2015

Amostras

Contidas em filtros de Celulose de 47 mm, com os nºs 6/15, 27 a 30/15, 33/15, 36 a 40/15.

A amostragem é da responsabilidade do requerente

Requerente

VISA

Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, Lda.

Endereço

Rua do Alto da Terrugem nº 2 - Paço de Arcos
2780-731 PAÇO DE ARCOS

Req. Nº do Projeto Interno nº2651.

Estudo Solicitado

Determinação de poeiras totais

Método Instrumental

Ponderal

Metodologia

Método interno com base no procedimento analítico PA003HS

Sector: Higiene e Segurança

Registo: 20

Data de Início da Análise: 08/06/2015

Data de Conclusão da Análise: 29/06/2015

Filtro Nº	Peso do Filtro Virgem (g)	Peso do Filtro com Amostra (g)
6/15	0,07024	0,07102
27/15	0,07065	0,07100
28/15	0,07063	0,07149
29/15	0,07036	0,07136
30/15	0,07076	0,07160
33/15	0,07006	0,07057
36/15	0,07088	0,07190
37/15	0,07078	0,07136
38/15	0,07026	0,07137
39/15	0,07010	0,07074
40/15	0,07020	0,07063

± 0,00002
(incerteza expandida
da medição, com K=2)

± 0,00002
(incerteza expandida
da medição, com K=2)

S. Mamede de Infesta, 29 de junho de 2015

O Operador



Rui Teixeira
(Assistente Técnico)

O Responsável Técnico



Maria Luísa Matos
(Técnico Superior)